

ПРОТОКОЛ

об итогах закупа способом запроса ценовых предложений медицинской техники, в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

село Уил

от « 13 » июня 2019 года

Заказчик и/или организатор: **Государственное коммунальное предприятие «Уилская центральная районная больница» на праве хозяйственного ведения государственного учреждения «Управление здравоохранения Актюбинской области», 030900, Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., село Уил, ул.Желтоксан, 19.**

1. На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 1729 от 30.10.2009 года «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» (далее - Правила), провели закуп следующий медицинской техники:

№ лота	Название	Характеристика	Единица измерения	Кол -во	Выделенная сумма, тенге	Место поставки
1	Анализатор биохимический Skyla HB1	Требуемый образец и его количество для проведения анализа: 200 μL$\pm$10μL сыворотки, литий-гепаринизированной крови или плазмы. Расходный материал: реагентные панели в виде дисков с содержанием всех необходимых реагентов для проведения анализа. Температура реакции: 37°C. Время тестирования образца: 15 минут. Контроль качества: функция самокалибровки/внутренняя функция контроля качества для каждого диска с реактивом. Дисплей: цветной жидкокристаллический сенсорный экран с диагональю 5 дюймов. Принтер: имеет встроенный термопринтер, также может быть подключён к совместимым внешним принтерам. Соединения: USB port: 1x; RS232 port: 1x; RJ45 network port: 1x. Ёмкость памяти: до 50 000 результатов тестирования. Исследуемые параметры: - измеряемые показатели: ALB, ALP, ALT, AMY, AST, BUN, CPK, CREA, DBIL, GGT, GLU, HDL, LIPA, TBIL, TC, TG, TP, UA, Ca, Cl, K, Na, Phos.; - расчётные показатели: A/G ratio, eGFR, GLOB, IBIL, LDL, VLDL. Виды реагентных панелей: - общая биохимия: ALB, ALP, ALT, AST, BUN, CREA, GGT, GLU, TBIL, TC, TP, UA, A/G ratio, eGFR, GLOB.; - основная биохимия: ALB, ALT, BUN, CREA, GLU, TP, UA, A/G ratio, eGFR, GLOB.; - метаболическая: ALB, ALT, AST, BUN, CREA, GLU, TP, UA, Ca, Cl,	штука	1	4 500 000,00	

с.Уил,
ул.Желтоксан, 19

		K, Na, Phos, A/G ratio, eGFR, GLOB.; - <u>метаболическая II</u> : ALT, AST, GGT, GLU, TC, TG, VLDL.; - <u>печёночная</u> : ALB, ALP, ALT, AST, DBIL, GGT, GLU, TBIL, TP, A/G ratio, GLOB, IBIL.; - <u>почечная</u> : ALB, BUN, CPK, CREA, GLU, Ca, Cl, K, Na, Phos, eGFR.; - <u>липидная</u> : GLU, HDL, TC, TG, LDL, VLDL.; - <u>ER</u> : ALT, AMY, AST, BUN, CPK, CREA, GLU, LIPA, Ca, Cl, K, Na, Phos, eGFR.; - <u>ERII</u> : ALB, ALT, AMY, AST, BUN, CREA, GGT, GLU, TBIL, eGFR. Срок гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники должен составлять не менее 37 (тридцати семи) месяцев с даты ввода в эксплуатацию.				
	Итого	х	х	х	4 500 000,00	

2. Ценовые предложения представили следующие потенциальные поставщики.

№ лота	Название	Характеристика	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу	Общая сумма поставщика, тенге
1. Индивидуальный предприниматель «Алтынбеков Руслан Манатович», Республика Казахстан, город Нур-Султан, ул.Столичная, дом 87, дата и время предоставления ценового предложения: 07.06.2019 года, 14-40 часов;						
1	Анализатор биохимический Skyla HB1	Требуемый образец и его количество для проведения анализа: 200 $\mu\text{L} \pm 10 \mu\text{L}$ сыворотки, литий-гепаринизированной крови или плазмы. Расходный материал: реагентные панели в виде дисков с содержанием всех необходимых реагентов для проведения анализа. Температура реакции: 37°C. Время тестирования образца: 15 минут. Контроль качества: функция самокалибровки/внутренняя функция контроля качества для каждого диска с реактивом. Дисплей: цветной жидкокристаллический сенсорный экран с диагональю 5 дюймов. Принтер: имеет встроенный термопринтер, также может быть подключён к совместимым внешним принтерам. Срок гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники должен составлять не менее 37 (тридцати семи) месяцев с даты ввода в эксплуатацию.	штука	1	4 500 000,00	4 500 000,00
	Итого	х	х	х	х	4 500 000,00

3. Отклоненные ценовые предложения потенциальных поставщиков – не было
4. Присутствовавших потенциальных поставщиков при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями – не было.

5. Ценовые предложения потенциальных поставщиков, которые соответствуют к закупаемой медицинской технике и требованиям Правил:

– **Индивидуальный предприниматель «Алтынбеков Руслан Манатович», город Нур-Султан, ул.Столичная, дом 87.**

6. На основании пункта 112 Правил, признать победителя по следующему лоту и заключить договор при предоставлении документов в соответствии с пунктом 113 Правил:

– по лоту 1 – **Индивидуальный предприниматель «Алтынбеков Руслан Манатович», город Нур-Султан, ул.Столичная, дом 87.**

7. Заказчику государственное коммунальное предприятие «Уилская центральная районная больница» на праве хозяйственного ведения государственного учреждения «Управление здравоохранения Актюбинской области», разместить текст данного протокол об итогах на интернет-ресурсе www.uilcrb.kz.

Главный врач

ГКП "Уилская центральная районная больница"

С.Нурбаев